

Ammissione alla verifica di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 9 novembre 1999

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Enermet Oy, JYSKÄ (FIN)

Richiedente: Enermet AG, 8320 Fehraltorf (CH)



Contatore statico per energia attiva per contatto diretto

1a aggiunta

Tipi: - K420iNNs, K420iNNps
- TK420iNNs, TK420iNNps

Dati elettrici: - In (Imax) 10(120) A

9 novembre 1999

Ufficio federale di metrologia:

Il direttore, Schwitz