

Ammissione alla verifica di strumenti di misura di quantità di gas

dell'8 luglio 2003

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: GMT, Gas-, Mess- und Regeltechnik GmbH, Gross-Gerau (D)

Richiedente: Wohlgroth AG, Schwerzenbach (CH)



Contatore di gas a pareti deformabili, monoraccordato o biraccordato

Tipo: G6

1^a aggiunta

Designazione	Q _{min}	Q _{max}	V	P _{max}	Diametro	Esecuzione
G	m ³ /h	m ³ /h	dm ³	bar	DN	*
6	0.06	10	3.5	1	25/32	E
6	0.06	10	3.5	1	25/32	Z

* E = monoraccordato

Z = biraccordato

8 luglio 2003

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz