

Ammissione alla verifica di strumenti per la misurazione di quantità di gas

del 16 aprile 2002

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Instromet B. V., Silvolde (NL)

Richiedente: Instromet B. V., Silvolde (NL)



Contatore di gas a pistoni rotativi

Tipo: IRM-3-DUO

1^a aggiunta

DN mm	G	Q _{max} m ³ /h	Q _{min} m ³ /h	V dm ³	P _{max} bar
100 oppure 150	250	400	4	5.530	16
100 oppure 150	400	650	4	5.530	16
100 oppure 150	400	650	4	8.849	16
100 oppure 150	650	1000	4	8.849	16
150 oppure 200	650	1000	10	14.18	16
150 oppure 200	1600	1600	10	14.18	16
150 oppure 200	1600	1600	10	14.18	16

16 aprile 2002

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz