

Ammissione alla verifica- zione di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 13 agosto 2002

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg

Richiedente: Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg



Contatore statico d'energia attiva e reattiva

a) per trasformatori di misura e

b) per contatto diretto (serie L)

Elementi Hall sono utilizzati nel circuito d'entrata come sensori di corrente.

Tipi: LZQJ-... e LZKM-...

13 agosto 2002

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz