

Zulassung zur Eichung von Messapparaten für elektrische Energie und Leistung

vom 24. August 1999

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Eidgenössischen Amt für Messwesen, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: *Schlumberger AEG Zähler GmbH*
Zulassungsinhaber: *Schlumberger Ind. SA, Genf*



Statischer Wirkenergiezähler für Direktanschluss.

Typ:	CENTRON MC3
Genauigkeitsklasse:	2 (IEC 1036, Ed. 96)
Einsatzbereich:	Vierleiternetz (3P+N) Dreileiternetz (2P+N) Zweileiternetz (P+N)
Energierichtung:	positiv ()
Elektrische Daten:	U_n : $3 \times 230/400$ V I_n (I_{max}): 5(80) A f_n : 50 Hz
Tarifeinrichtung:	Technologie: elektromechanisch Anzahl Tarife: 2 Verwendung: Anzeige der Energie
Zusatzeinrichtungen:	gemäss aktueller Liste des Zulassungsinhabers

24. August 1999

Eidgenössisches Amt für Messwesen

10502

Der Direktor: Schwitz