

Zulassung zur Eichung von Mengenumwertern für Gasmengennmessgeräte

vom 14. September 1999

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Eidgenössischen Amt für Messwesen, 3084 Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: *Instromet B.V., Silvolde (NL)*



Elektronischer Zustands-Mengenumwerter für Gaszähler
Typ: 555

Prozessrechner

Typ: 555
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Temperaturaufnehmer

Typ: 555, Pt. 100
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Druckaufnehmer

Fabrikant: Druck Ltd.
Typ: PDCR 1900-1719
Druckbereich: 0,9 bar bis 80 bar abs.
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Bei der Eichung werden Prozessrechner mit Druck und Temperatur-
aufnehmer als ein Gerät geeicht.

14. September 1999

Eidgenössisches Amt für Messwesen

10522

Der Direktor: Schwitz