

Zulassung zur Eichung von Gasmengennmessgeräten

vom 2. September 2003

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: *Elster GmbH, Mainz-Kastel (D)*
Antragsteller: *Gas- und Wassermesserfabrik AG, Luzern (CH)*



Einrohr- bzw. Zweirohr-Balgengaszähler
Typen: BK G40 / BK G65

Grösse	Q _{min}	Q _{max}	V	P _{max}	Nennweite	Ausführung
G	m ³ /h	m ³ /h	dm ³	bar	DN	*
40	0.40	65	18 (3×6)	0.5	65 oder 80	E, Zh oder Zv
65	0.65	100	24 (4×6)	0.5	80 oder 100	E, Zh oder Zv

* E = Einstufenzähler
Z = Zweistufenzähler

2. September 2003

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung
Der Direktor: Wolfgang Schwitz