

Zulassung zur Eichung von Gasmengenmessgeräten

vom 8. Juli 2003

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: GMT, Gas-, Mess- und Regeltechnik GmbH, Gross-Gerau (D)

Antragsteller: Wohlgroth AG, Schwerzenbach (CH)



Einrohr- bzw. Zweirohr-Balgengaszähler

Typ: G6

1. Ergänzung

Grösse	Q _{min}	Q _{max}	V	P _{max}	Nennweite	Ausführung
G	m ³ /h	m ³ /h	dm ³	bar	DN	*
6	0.06	10	3.5	1	25/32	E
6	0.06	10	3.5	1	25/32	Z

* E = Einstutzenzähler

Z = Zweistufenzähler

8. Juli 2003

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz