

Zulassung zur Eichung von Gasmengenmessgeräten

vom 23. Januar 2001

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Eidgenössischen Amt für Messwesen, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*

Antragsteller: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*



Drehkolbengaszähler.

Typ: IRM-3

DN	G	Q _{max}	Q _{min}	V	P _{max}
mm		m ³ /h	m ³ /h	m ³	bar
40/50	25	40	0.3	0.795	16
40/50	40	65	0.4	0.795	16
40/50	65	100	0.4	0.795	16
40/50/80	40	65	0.4	1.212	16
40/50/80	65	100	0.4	1.212	16
40/50/80	100	160	0.6	1.212	16
40/50/80	40	65	0.4	1.443	16
40/50/80	65	100	0.4	1.443	16
40/50/80	100	160	0.6	1.443	16
80/100	65	100	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	3.469	16
80/100	160	250	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	4.424	16
80/100	160	250	1.0	4.424	16
80/100	250	400	1.6	4.424	16
100/150	250	400	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	8.849	16
100/150	650	1000	4.0	8.849	16

23. Januar 2001

Eidgenössisches Amt für Messwesen

Der Direktor: Wolfgang Schwitz