

Zulassung zur Eichung von Messapparaten für elektrische Energie und Leistung

vom 18. September 2001

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: ALSTOM AG, ALCE Istanbul

Antragsteller: ALSTOM AG, CH-5034 Suhr



Zweipolig isolierter Spannungswandler mit Giessharzisolierung für Innenraumanwendung.

Typen:

2VB12, 2VB24

18. September 2001

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung:
Der Direktor, Wolfgang Schwitz