

Zulassung zur Eichung von Messapparaten für elektrische Energie und Leistung

vom 13. August 2002

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg

Antragsteller: Kamstrup A/S, DK-8660 Skanderborg



Elektronischer Wirk- und Blindenergiezähler für Messwandleranschluss (Serie P).

Im Eingangskreis werden für die Stromsensorik elektronisch kompensierte Einkernstromwandler verwendet.

Typen: PZQJ-... und PZKM-...

13. August 2002

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz