


Zulassung zur Eichung von Gasmengenmessgeräten

vom 16. April 2002

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*

Antragsteller: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*



Drehkolbengaszähler

Typ: IRM-3-DUO

1. Ergänzung

DN mm	G	Q _{max} m ³ /h	Q _{min} m ³ /h	V dm ³	P _{max} bar
100 oder 150	250	400	4	5.530	16
100 oder 150	400	650	4	5.530	16
100 oder 150	400	650	4	8.849	16
100 oder 150	650	1000	4	8.849	16
150 oder 200	650	1000	10	14.18	16
150 oder 200	1600	1600	10	14.18	16
150 oder 200	1600	1600	10	14.18	16

16. April 2002

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung
Der Direktor: Wolfgang Schwitz