

Publications des départements et des offices de la Confédération

Admission à la vérification d'appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à allumage commandé

du 20 mars 2001

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification les modèles suivants. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: SAGEM, Paris (F)

Requérant: SAGEM, Paris (F)



6^e adjonction

Appareil mesureur des gaz d'échappement des moteurs à combustion à allumage par compression pour coefficient d'opacité, nombre de tours et température de l'huile ainsi que des moteurs à combustion à allumage commandé pour CO, CO₂, HC et nombre de tours (O₂ non soumis à approbation).

Type: OPTIMA 4045

20 mars 2001

Office fédéral de métrologie et d'accréditation:

Le directeur, Wolfgang Schwitz