

Publications des départements et des offices de la Confédération

Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 23 janvier 2001

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*

Requérant: *Instromet B. V., Silvolde (NL)*



Compteur de gaz à pistons rotatifs.

Type: IRM-3

DN	G	Q _{max}	Q _{min}	V	P _{max}
mm		m ³ /h	m ³ /h	m ³	bar
40/50	25	40	0.3	0.795	16
40/50	40	65	0.4	0.795	16
40/50	65	100	0.4	0.795	16
40/50/80	40	65	0.4	1.212	16
40/50/80	65	100	0.4	1.212	16
40/50/80	100	160	0.6	1.212	16
40/50/80	40	65	0.4	1.443	16
40/50/80	65	100	0.4	1.443	16
40/50/80	100	160	0.6	1.443	16
80/100	65	100	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	3.469	16
80/100	160	250	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	4.424	16
80/100	160	250	1.0	4.424	16
80/100	250	400	1.6	4.424	16
100/150	250	400	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	8.849	16
100/150	650	1000	4.0	8.849	16

23 janvier 2001

Office fédéral de métrologie:
Le directeur, Wolfgang Schwitz