

Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 13 août 2002

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: Elster Produktion GmbH, Mainz-Kastel (D)

Requérant: Gas- und Wassermesserfabrik AG, Lucerne (CH)



Compteur de gaz à pistons rotatifs

Type: RVG

1^{re} adjonction

Etendues de mesure:

Désignation G	Q _{max} (m ³ /h)	Q _{min} (m ³ /h)				V (dm ³)	P _{max} bar	DN (mm)
		1:80	1:65	1:50	1:30			
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	25
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	25
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	25
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	32
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	32
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	32
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	40
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	40
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	40

13 août 2002

Office fédéral de métrologie et d'accréditation:

Le directeur, Wolfgang Schwitz