

Ammissione alla verifica- zione di strumenti di misura di quantità di gas

del 2 settembre 2003

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica-
zione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Elster GmbH, Main-Kastel (D)

Richiedente: Gas- und Wassermesserfabrik AG, Lucerna (CH)



Contatore di gas a pareti deformabili, monoraccordato o biraccordato

Tipi: BK G40/BK G65

Designazione	Q _{min}	Q _{max}	V	P _{max}	Diametro	Esecuzione
G	m ³ /h	m ³ /h	dm ³	bar	DN	*
40	0.40	65	18 (3×6)	0.5	65 o 80	E, Zh o Zv
65	0.65	100	24 (4×6)	0.5	80 o 100	E, Zh o Zv

* E = monoraccordato

Z = biraccordato

2 settembre 2003

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz