

Ammissione alla verifica- zione di correttori termomanometrici per strumenti di misurazione di quantità di gas

del 16 aprile 2002

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: *Tritschler Feingerätebau GmbH, Laufenburg (D)*

Richiedente: *Tritschler Feingerätebau GmbH, Laufenburg (D)*



Correttore termomanometrico elettronico per contatori di gas

Tipo: K902/VC2

3^a aggiunta

Nuovo software, versione V5.04. del 06.08.01
o V6.02 del 10.01.02.

16 aprile 2002

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz